

Anlage 10

Konsens-/Dissens-Matrix

Die IT-Befundungsplattform führt eine automatische Konsens- / Dissensprüfung des Erst- und Zweitbefunds durch. Bei der Prüfung von Konsens/Dissens, ist dabei nach der BI-RADS-Matrix vorzugehen, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ist.

Angabe Erstbefunder	Angabe Zweitbefunder	Ergebnis
1	1	Konsens
1	2	Konsens
1	3	Dissens
2	2	Konsens
2	3	Dissens
3	3	Konsens
1,2,3	4 oder 5	Dissens
4	4	Konsens*
4	5	Dissens
5	5	Konsens*

* Ablauf wie bei Dissens

Fällt die Konsens- / Dissensprüfung mit Konsens kleiner als BI-RADS 4 aus, wird der Fall automatisch geschlossen und der beteiligte Gynäkologe und der Radiologe, der die Erstbefundung durchgeführt hat, werden automatisch über den Fallabschluss per E-Mail informiert. Fällt die Prüfung mit Dissens oder eines Konsens BI-RADS 4 oder 5 aus, wird der Fall von einem regionalen Referenzzentren überprüft.